जिल्हा रूग्णालय, सिंधुदुर्ग व अधिनस्त रूग्णालयातील कालबाह्य झालेली २० वैद्यकीय उपकरणे निर्लेखित करण्यास मान्यता देण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:निर्लेख-२०२५/ प्र.क्र.३३७/ रूशआ-१ (ई.क्र.१७६४७७८)

मंत्रालय, ०८ वा मजला, संकूल इमारत,

गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई.

दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२६.

<u>वाचा</u> :-

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र/प्र.क्र.३/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.०४.२०१५.

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ /कक्ष-३ /जि.रू. सिंधुदुर्ग /वैद्यकीय उपकरणे /निर्लेखन/८२६५-६८/२०२५ दि. १९.०६.२०२५

३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ /कक्ष-३ / सिंधुदुर्ग /वै. उ. /निर्लेखन/नस्ती क्र. ५७ /१०९२३-२५/२०२६ दि. १०.०७.२०२६

<u>प्रस्तावना</u> :-

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा रूग्णालय, सिंधुदुर्ग, उपजिल्हा रूग्णालय सावंतवाडी , उपजिल्हा रूग्णालय शिरोडा, उपजिल्हा रूग्णालय कणकवली, उपजिल्हा रूग्णालय वेंगुर्ला व ग्रामीण रूग्णालय मालवण येथील २० वैद्यकीय उपकरणाची खरेदी किंमत ही रू. २.०० लक्ष पेक्षा जास्त असल्याने वाचा अ.क्र. १ नुसार वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग क्र.१ मधील अ.क्र. २२ नियम क्र.१४६ अन्वये जडवस्तु संग्रहातील निरुपयोगी वस्तु निर्लेखित करण्याचे अधिकार शासनास असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा रूग्णालय, सिंधुदुर्ग, उपजिल्हा रूग्णालय सावंतवाडी , उपजिल्हा रूग्णालय शिरोडा, उपजिल्हा रूग्णालय कणकवली, उपजिल्हा रूग्णालय वेंगुर्ला व ग्रामीण रूग्णालय मालवण येथील कालबाह्य झालेल्या २० वैद्यकीय उपकरणे निर्लेखित करण्याबाबत उपसंचालक, आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्याकडून वाचा मधील अ.क्र. २ व ३ येथील अनुक्रमे दि.१९.०६.२०२५ व दि.१०.०७.२०२६च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

<u>शासन निर्णय</u> :-

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा रूग्णालय, सिंधुदुर्ग, उपजिल्हा रूग्णालय सावंतवाडी , उपजिल्हा रूग्णालय शिरोडा, उपजिल्हा रूग्णालय कणकवली, उपजिल्हा रूग्णालय वेंगुर्ला व ग्रामीण रूग्णालय मालवण या रुग्णालयातील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मधील कालबाह्य झालेली एकूण ०७ वैद्यकीय उपकरणे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग क्र.१ मधील अ.क्र.२२ नियम क्र.

१४६ अन्वये विहीत सर्वसाधारण अटी-शर्ती व कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून निर्लेखित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. हा आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग क्र.१ मधील अ.क्र.२२ नियम क्र. १४६ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०८०४१५२६४०१८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

SANJAY DHONDU DAGALE

Digitally signed by SANJAY DHONDU DAGALE
DN: c=IN, 2.5.4.97=OFN:GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 2.5.4.20=91C5AC1BC356EB88DAC279997C206F0BC13AC253742CC3F97488B07C83657B5F, postalCode=400032, st=Maharashtra, serialNumber=02E1EAC848EB66AA47BB931E6668D24F8AEF7B3F3FA0341F35962CC85B518C62, cn=SANJAY DHONDU DAGALE
Date: 2026.08.04 15:30:02 +05'30'

(संजय डगळे)
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य भवन, मुंबई.
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षण/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.
३. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई.
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई.
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई.
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे.
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सिंधुदुर्ग.
९. वैद्यकीय अधिक्षक, जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदुर्ग.
१०. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, सावंतवाडी, शिरोडा, कणकवली,वेंगुर्ला व मालवण.
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
१३. वित्त विभाग (व्यय-१३, विनियम), मंत्रालय, मुंबई.
१४. निवडनस्ती (रूशआ-१).

विवरणपत्र-१

(शासन निर्णय क्रमांक निर्लेख-२०२५/प्र.क्र.३३७/रूशआ-१, **(ई.क्र.१७६४७७८)** दि. ०४ ऑगस्ट २०२६ चे सहपत्र)

अ.क्र.	आरोग्य संस्थेचे नाव	निर्लेखन पात्र रूग्णालयीन उपकरणांचे नाव	संख्या	प्राप्त दिनांक	साठा पुस्तक पान क्र.	खरेदी किंमत	घसारा किंमत	शेरा
1	जिल्हा रूग्णालय सिंधुदुर्ग	Paediatric Ventillator	1	11-07-2014	2/113	1259000	125900	Internal Parts are damaged due to high pressure. Software issue. Not safe for use
2		Mobile C-Arm Image Intensifier	1	17-07-2003	50	747500	74750	Poor physical condition, Control panel defective
3		Respirator Ventillator	1	12-07-2000	1/108	220000	22000	Control Circuit defective. Display is blinking
4		Respirator Ventillator	1	16-06-2004	1/108	220000	22000	Main PCB & display PCB defective.
5		Fiberoptic Bronchoscope	1	12-02-2004	1/152	309118	30911.8	Connector & handles are broken. Spares not available
6		Gastroscope	1	12-02-2004	1/168	310178	30917.8	Cable defective not repairable. Spares not available in the market
7		Defibrillator	1	24-09-2003	1/126	289000	28900	Electrodes paddles are broken. Battery defective.
8		Ventillator	1	21-07-2007	1/33	650000	65000	Main board defective. Spares not available in the market.
9		Ventillator	1	21-07-2007	1/33	650000	65000	Main control board defective. Software problem
10		Ventillator	1	20-02-2012	1/285	780000	78000	Software problem. Battery problem. Model is absolute
11		Ventillator	1	20-02-2012	1/285	780000	78000	PCB problem. Expiratory Valve defective. Spares not available
12		Dragger Vehtillator	1	27-03-2014	1/413	780000	78000	Main power supply board defective. poor physical condition

अ.क्र.	आरोग्य संस्थेचे नाव	निर्लेखन पात्र रूग्णालयीन उपकरणांचे नाव	संख्या	प्राप्त दिनांक	साठा पुस्तक पान क्र.	खरेदी किंमत	घसारा किंमत	शेरा
13		Dragger Ventillator	1	27-03-2014	1/413	780000	78000	Compressor defective. Mother board control unit defective.
14	उपजिल्हा रूग्णालय सावंतवाडी	300 mA X-ray Machine	1	30-03-1984	2/3	249600	24960	Control panel faulty. Obsolute model. Machine is outdated
15	उपजिल्हा रूग्णालय शिरोडा	300 mA X-ray Machine	1	29-05-2008	2/42	338000	33800	Tube head burnt .control panel defective. Company not responding
16	उपजिल्हा रूग्णालय कणकवली	Mobile C-arm Machine	1	16-10-2013	171	740000	74000	Poor physical condition. PCB defective. Beyond economical repair.
17		Horizontal Cylindrical Waste Autoclave	1	24-05-2005	16	614000	61400	Poor physical condition. Total body rusted. Not repairable
18		Vella Ventilator	1	29-07-2012	71	877061	87706	Main control circuit board defective.
19	उपजिल्हा रूग्णालय वेंगुर्ला	X-ray Machine 60 mA	1	11-07-1993	2/05	202800	20280	Control panel faulty. Machine is outdated. Spares are not available in the market.
20	ग्रामीण रूग्णालय मालवण	Cell Analyser	1	26-03-2012	12	299250	29925	WBC assembly defective. Internal tubes are choke up.
Total			20			11095507	1109551	

****